



# WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a  
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01  
[www.wssk.wroc.pl](http://www.wssk.wroc.pl)

Wrocław, dnia. 03.08.2010r.

Szp/FZ-18A/ 396 /2010

## INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku:

Pytanie Nr 1 - dot. pakietu nr 2 , poz. 3

Czy określenie opisane w SIWZ jako „duży łącznik żeński z możliwością odcinania” należy rozumieć jako łącznik podłączany od strony ssaka, który posiada min. 2 wyraźnie oznaczone miejsca do nacięcia, i który umożliwia dopasowane drenu do różnego typu ssaków, których króćce ssące mogą posiadać standardowe średnice w zakresie od 8 do 18mm ?

Odpowiedź nr 1

*Tak, określenie opisane w SIWZ jako „duży łącznik żeński z możliwością odcinania” należy rozumieć jako łącznik podłączany od strony ssaka, który posiada min. 2 wyraźnie oznaczone miejsca do nacięcia, i który umożliwia dopasowane drenu do różnego typu ssaków, których króćce ssące mogą posiadać standardowe średnice w zakresie od 8 do 18mm.*

Pytanie Nr 2 – dot. pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby dreny były pakowane w wewnętrzne, perforowane na całej powierzchni opakowanie foliowe oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z oznaczeniem min. producenta i daty ważności wyrobu ?

Odpowiedź nr 2

*Zamawiający wymaga, aby dreny były pakowane w wewnętrzne, perforowane na całej powierzchni opakowanie foliowe oraz zewnętrzne opakowanie typu folia-papier z oznaczeniem min. producenta i daty ważności wyrobu*

Pytanie Nr 3 - dot. pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na dreny o standardowym-gładkim przekroju (zamiast opisanego gwiazdkowego), zapewniające swobodniejszy przepływ wewnętrzny, z dodatkowymi zewnętrznymi wzmocnieniami wzdlużnymi zapobiegającymi zaginaniu drenu, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ ?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający dopuszcza do składania ofert na dreny o standardowym-gładkim przekroju (zamiast opisanego gwiazdkowego), zapewniające swobodniejszy przepływ wewnętrzny, z dodatkowymi zewnętrznymi wzmocnieniami wzdłużnymi zapobiegającymi zaginaniu drenu, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie Nr 4 – dot. pakietu nr 2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuszcza dreny z końcówką o średnicy zewnętrznej, wyrażonej w międzynarodowych jednostkach Charrie, o wielkości CH22 czyli 7,26mm zamiast wymaganych 7,5-8,0mm oraz średnicy wewnętrznej 4,6-5,0mm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający dopuszcza dreny z końcówką o średnicy zewnętrznej, wyrażonej w międzynarodowych jednostkach Charrie, o wielkości CH22 czyli 7,26mm zamiast wymaganych 7,5-8,0mm oraz średnicy wewnętrznej 4,6-5,0mm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ.

Pytanie Nr 5 - dot. pakietu nr 2 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuszcza dreny o średnicy zewnętrznej, wyrażonej w międzynarodowych jednostkach Charrie, o wielkości CH24 czyli 7,92mm zamiast wymaganych 8,00mm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź nr 5

Zamawiający dopuszcza dreny o średnicy zewnętrznej, wyrażonej w międzynarodowych jednostkach Charrie, o wielkości CH24 czyli 7,92mm zamiast wymaganych 8,00mm, spełniające wszelkie pozostałe wymagania SIWZ.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z upoważnienia Dyrektora

mgr inż. Jędrzej Raziuk

