



Wrocław, dn. 25.01.2010 r.

Szp/FZ-18/WROVASC/20 /2010

## INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania na dostawę, instalację i uruchomienie aparatury różnej – zadania).

### Pytanie nr 5 - dotyczy SIWZ

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu projektu umowy § 9 ust. 2 i 5 „Wykonawca zobowiązuje się do: 2) naprawy przedmiotu umowy terminie 6 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii” na : „ Wykonawca zobowiązuje się do: 2) naprawy przedmiotu umowy terminie **9 dni roboczych** od daty zgłoszenia awarii” oraz .... 5) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego lub upoważnionych przez Zamawiającego użytkowników po uruchomieniu przedmiotu umowy w terminie 7 dni” na „5) przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego lub upoważnionych przez Zamawiającego użytkowników po uruchomieniu przedmiotu umowy w terminie **10 dni**” ?
- Prosimy Zamawiającego o zmianę terminu dostawy w zakresie zadania nr 15 (projekt umowy § 2 ust. 1) z 30 dni ... od daty zawarcia umowy” na **35 dni roboczych** od daty zawarcia umowy. Prośbę naszą motywujemy możliwością konieczności złożenia zamówienia bezpośrednio u producenta, a co za tym idzie, zwiększeniem czasu niezbędnego do sprowadzenia przedmiotu zamówienia i ewentualną koniecznością dokonania procedury celnej.
- Czy Zamawiający opisując warunki udziału w postępowaniu w pkt. VI ppkt. 1C **uzna za wystarczające dostarczenie** wraz z ofertą przetargową oświadczenie wykonawcy, potwierdzające dopuszczenie oferowanego wyrobu medycznego w rozumieniu Ustawy o Wyrobach Medycznych, do obrotu i do używania na terenie RP, jeżeli dotyczy, bez konieczności przedkładania z innymi dokumentami w/w zaświadczenia?
- Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu SIWZ pkt. VI ppkt. 2 C poprzez możliwość dostarczenia wraz z ofertą opisów lub fotografii, np : foldery/prospekty/ informacje producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzających spełnianie parametrów technicznych **w języku angielskim lub języku polskim.**

### Pytanie nr 6 – dotyczy zadania nr 19 – Lampa zabiegowa sufitowa podwójna – 1 komplet

- Czy Zamawiający dopuści do zaferowania lampę operacyjną halogenową o temperaturze barwowej 4300°K, co jest lepszym parametrem od wymaganego?



- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną halogenową o mocy pobierania przez żarówkę halogenową kopuły głównej i satelitarnej 50W przy zachowaniu pozostałych wymaganych SIWZ parametrów? jest to wartość lepsza od wymaganej (jest bardziej energooszczędna).
- Czy zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną halogenową o żywotności żarówki 2000h?

Pytanie nr 7 – dotyczy wzoru umowy

- W § 9 ust. 3 Zamawiający wymaga wymiany przedmiotu umowy na nowy, w przypadku 5 napraw w okresie jednego roku trwania gwarancji. Wymóg ten jest w naszej ocenie bezpodstawny, gdyż dotyczy np. sytuacji, w której pięciokrotnie ulegnie awarii jeden podzespół urządzenia, co może nie mieć znaczącego wpływu na sprawność reszty urządzenia.
- Wobec powyższego prosimy o zmianę wymogów: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy w przypadku 5 napraw tego samego zespołu w okresie jednego roku trwania gwarancji”.
- Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia § 12 ust. 1.3 w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy na 0,2% wartości brutto naprawianego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki?

Pytanie nr 8 – dotyczy zadania nr 24 pkt. 8

Czy Zamawiający w pkt. 8 zadania nr 24 miał na myśli maksymalny, nastawny czas homogenizacji wyrażony w sekundach?

Odpowiedzi:

Ad.5.

- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu projektu umowy w § 9 ust. 2 na: „ 2) naprawy przedmiotu umowy w terminie 9 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii”. i w ust. 5 na: „5) przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego lub upoważnionych przez Zamawiającego użytkowników po uruchomieniu przedmiotu umowy w terminie 10 dni”.
- Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy w zakresie zadania nr 15 z 30 dni na **35 dni** (§ 2 ust. 1 wzoru umowy).
- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, do oferty należy załączyć oświadczenia/dokumenty, o których mowa w rozdz. VI pkt 1C.
- Zamawiający dopuszcza złożenie folderów/prospektów/informacji producenta w języku angielskim.

Ad.6.

- Zamawiający dopuszcza lampę o temperaturze FZ-18,
- Zamawiający dopuszcza lampę o mocy 50W,
- Zamawiający dopuszcza lampę o żywotności 200h.

Ad.7. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu w § 9 ust. 3.

Ad.8. Maksymalny nastawny czas homogenizacji ni krótszy niż 99 sekund.

Powyższe odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Włodzisław Witkiewicz