



Wrocław, dn. 01.02.2010 r.

Szp/FZ-18/WROVASC/ 35 /2010

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do postępowania na dostawę, instalację i uruchomienie aparatury różnej – zadania).

Pytanie nr 9 – dotyczy zadania nr 19 – Lampa zabiegowa sufitowa podwójna – 1 komplet
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną halogenową o temperaturze barwowej 4300°K, co jest lepszym parametrem od wymaganego?

Pytanie nr 10 – dotyczy wzoru umowy
Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia § 12 ust. 1.3 w ten sposób, że zmieni wysokość kary umownej za zwłokę w naprawie przedmiotu umowy na 0,2% wartości brutto naprawianego przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki?

Pytanie nr 11 – dotyczy zadania nr 12, pkt. 21
Czy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia systemu z czasowo zainstalowanym oprogramowaniem demo do anteny TWA, które wykorzystuje zapis ze standardowych elektrod stosowanych do próby wysiłkowej?

Pytanie nr 12 – dotyczy zadania 12
1) Czy Zamawiający dopuści do postępowania system wysiłkowy bez możliwości rozbudowy o analizę alternantu załamka T?
2) Czy Zamawiający dopuści do postępowania system wysiłkowy z aktywizacją i analizą 12 kanałów jednocześnie? Analiza obejmuje amplitudy, nachylenie, indeks oraz pętle ST/HR dla wszystkich odprowadzeń?
3) Czy Zamawiający dopuści do postępowania bieżnię sterowaną komputerowo z zakresem prędkości 0-19km/h?

Odpowiedzi:

Ad. 9.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej halogenowej o temperaturze barwowej 4300°K.

Ad. 10.

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy w § 12.

Ad. 11.

Zamawiający wymaga dostarczenia systemu z czasowo zainstalowanym oprogramowaniem demo do anteny TWA, które wykorzystuje zapis ze standardowych elektrod stosowanych do próby wysiłkowej.



Ad. 12.

- 1) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu wysiłkowego bez możliwości rozbudowy o analizę alternantu załamka T.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania systemu wysiłkowego z aktywizacją i analizą 12 kanałów jednocześnie? Analiza obejmuje amplitudy, nachylenie, indeks oraz pętle ST/HR dla wszystkich odprowadzeń.
- 3) Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania bieżni sterowaną komputerowo z zakresem prędkości 0-19km/h.

Powyższe odpowiedzi na zapytania stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

DYREKTOR SZPITALA

prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz

- 3 -