



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 071 32 70 100, fax 071 325 41 01
www.wssk.wroc.pl

Wrocław, dnia. 06.08.2010r.

Szp/FZ-18A/ 345 /2010

INFORMACJA NR 3 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), jako kierownik Zamawiającego, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do postępowania na dostawę wyrobów medycznych jednorazowego użytku:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do termodelucji posiadające kranik w kolorze białym?

Odpowiedź Nr 1

Zamawiający dopuszcza cewniki do termodelucji posiadające kranik w kolorze białym.

Pytanie Nr 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do termodelucji z przewodnikiem o średnicy 0,9mm (0,04")?

Odpowiedź Nr 2

Zamawiający dopuszcza cewnik do termodelucji z przewodnikiem o średnicy 0,9mm (0,04").

Pytanie Nr 3

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby zawór utrzymujący wypełnienie balonu, obsługiwany był jedną ręką?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza, aby zawór utrzymujący wypełnienie balonu obsługiwany był jedną ręką.

Pytanie nr 4 – dot. pakietu nr 1

1. Czy strzykawki mają posiadać bezpośrednio na cylindrze oznaczenie producenta (logo) oraz typ strzykawki, co pozwala na właściwy wybór i kontrolę ustawienia menu pompy. Pragniemy nadmienić, iż światowi producenci strzykawek produkują ww. produkty o tej samej pojemności z przeznaczeniem do różnego typu pomp (które podlegają różnym ustawieniom w menu pompy).
2. Czy strzykawki mają być wpisane przez producenta w instrukcję obsługi?
3. Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane max po 120 szt.

Odpowiedź Nr 4

1. Zamawiający dopuszcza, aby strzykawki posiadały na cylindrze oznaczenie producenta oraz typ strzykawki.
2. Strzykawki mają być wpisane przez producenta w menu pompy.
3. Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 120 szt.

Pytanie nr 5 – dot. pakietu Nr 2

1. Zamawiający dopuści w pozycji 1 dren o dł. 210 cm?
2. Czy Zamawiający pozycji 4 dopuści pojemnik do odsysania ran o poj. 400ml?

Odpowiedź Nr 5

1. Zamawiający podtrzymuje wymagania SIWZ.
2. Zamawiający podtrzymuje wymagania zawarte w SIWZ.

Pytanie Nr 6 – dot. pakietu Nr 17

1. Czy Zamawiający dopuści Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym w rozmiarze 5,6,8 na 72 godziny z adapterem kątowym 45° do dróg oddechowych, cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z przezroczystą komorą płuczącą z bezobsługową, samouszczelniającą się dwudzielną zastawką, pozbawiony DEHP?
2. W związku z wymogiem zaoferowania cewników w układzie zamkniętym na dwie doby, prosimy Zamawiającego o przeliczenie kosztu ostatecznego na jedną dobę, co da możliwość porównania oferowanego asortymentu. Ewentualny wybór oferty z cewnikiem w systemie zamkniętym na 48 godzin pomimo pozorów korzystniejszej ceny może narazić Zamawiającego na poniesienie większych kosztów eksploatacji, w porównaniu z możliwością użycia zamkniętego systemu do odsysania o ok. 33% dłuższym okresie użytkowania, a jednocześnie będzie stanowić istotne uchybienie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Odpowiedź Nr 6

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewnika do odsysania posiadającego zaproponowane parametry.

Pytanie Nr 7 – dot. SIWZ i wzoru umowy:

1. W związku z kryterium oceny ofert -100% cena, Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek (z zastrzeżeniem możliwości wezwania wykonawców o próbki na żądanie w celu weryfikacji zgodności w przypadku wątpliwości Zamawiającego) na rzecz katalogów potwierdzających parametry oferowanych wyrobów.
2. Czy w związku z dopuszczeniem przez Zamawiającego możliwości składania ofert częściowych na każdy z pakietów z osobna, Zamawiający przewiduje możliwość podpisania z jednym Wykonawcą oddzielnych umów na poszczególne pakiety?
3. Prosimy o dopisanie do umowy § 8 pkt. o brzmieniu:
„Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy za miesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanego na piśmie, w razie zaistnienia istotnych okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływ w dniu składania ofert”

Odpowiedź Nr 7

1. W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający nie wymaga złożenia próbek tylko foldery/prospekty/informacje producenta zawierające opisy oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzające spełnianie parametrów technicznych. W przypadku folderu w języku obcym do oferty należy dołączyć oryginalny folder wraz z ich tłumaczeniem na język polski (Rozdział VI ust. 1C.1)

2. Zamawiający nie przewiduje podpisywania umów na każdy pakiet oddzielnie z jednym Wykonawcą.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zapisu w § 8 punktu o proponowanej treści.

Pytanie Nr 8 – dot. wzoru umowy

1. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę terminu ważności dla cewników typu Swana-Ganza (Pakiet nr 3) na min. 6 miesięcy licząc od daty dostawy.
2. Zwracamy się z prośbą o zmianę §9 ust. 1.1) na następujący:
„Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:
1) za zwłokę w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto nie dostarczonej partii towaru za każdy dzień zwłoki.”
3. Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy następującego zapisu:
„W przypadku braku zapotrzebowania Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianego towaru w granicach 20 % w stosunku do ilości określonej w załączniku do umowy.”
4. Zwracamy się z prośbą o zmianę §8 ust. 4 na następujący:
„Za termin zapłaty uważa się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.”
5. Zwracamy się z prośbą o zmianę §10 na następujący:
„Zamawiający dopuszcza możliwość cesji wierzytelności jeśli zostanie o niej poinformowany przez Wykonawcę w terminie 14 dni przed dokonaniem cesji.”

Odpowiedź Nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany w umowie.

Pytanie Nr 9 – dot. wzoru umowy § 7 ust. 7

Prosimy o wykreślenie z zapisu umowy § 7 ust. 2 – „Jeśli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie dokonano odbioru w terminie, o którym mowa w ust. 1 tzn. jeśli dostarczony towar jest wadliwy, nie odpowiada warunkom określonym w umowie, SIWZ lub ofercie, Zamawiający może złożyć reklamację w terminie 7 dni roboczych licząc od daty.” przyjęcia towaru.

Odpowiedź Nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust. 7 z § 7 wzoru umowy.

Powyższa informacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z. CA DYREKTORA
ds. Finansowych
mgr inż. Jolanta Raziuk

